

ການວັດແທກອຸນຫະພູມ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ໜ້າ ຜາກແບບດີຈີຕອລບຶງອາການຂອງອາເມລິກາ



ລາຍການຊຸດອຸປະກອນເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ

ຊຸດອຸປະກອນຂອງທ່ານປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມສໍາຜັດ Adtemp 427 Temple™ ໜຶ່ງ (1) ອັນ.

ກ່ອງປະກອບມີ:

- ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມສໍາຜັດ Adtemp 427 Temple™.
- ປຶ້ມຄໍາແນະນໍາໜຶ່ງ (1) ຫົວ.
- ແບັດເຕີຣີ AAA ສອງ (2) ກ້ອນ.

ຊຸດອຸປະກອນນີ້ປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໜຶ່ງ ອັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມເຂອງທ່ານ.

ເປັນຫຍັງການກວດອຸນຫະພູມຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງສໍາຄັນ?

ອາການໄຂ້ແມ່ນເມື່ອອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 100.4°F. ມັນ ແມ່ນອາການທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເບົາບາງໄປຈົນເຖິງ ການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງ. ອັນນີ້ລວມເຖິງ ໂຄວິດ-19. ໃນ ລະຫວ່າງການຕິດຕາມແບບຄ້າຍຄືຈິງແຕ່ລະຄັ້ງ, ທ່ານຈະ ຖືກຂໍໃຫ້ກວດອຸນຫະພູມຂອງທ່ານ ແລະ ບັນທຶກໃນບົດບັນ ທຶກຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຄວນຈະກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມ ຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານຄິດວ່າທ່ານເປັນໄຂ້. ບັນທຶກການມີໄຂ້ ໃນບົດບັນທຶກຂອງທ່ານ.



ການວັດແທກອຸນຫະພູມ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ໜ້າຜາກແບບດີ ຈິຕອລບົ່ງອາການຂອງອາເມລິກາ

ຄໍາແນະນໍາ

- ✓ ໃນການເປີດເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ກົດ ແລະ ປ່ອຍປຸ່ມວົງມົນ (ປຸ່ມທາງເທິງ, ທາງລຸ່ມໜ້າຈໍສະແດງຜົນ). ຕົວເລກໃນໜ້າຈໍຈະຮຸ່ງຂຶ້ນ ແລະ ມັນຈະມີສຽງຮ້ອງຂຶ້ນ.
- ✓ ຫຼັງຈາກເປີດມັນແລ້ວ, ວາງເຄື່ອງອ່ານໄວ້ທີ່ຂະໜັບຂອງທ່ານ (ຜິວລະຫວ່າງຄິ້ວຂອງທ່ານກັບຜິວຂອງທ່ານ). ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຈະເລີ່ມອ່ານຄ່າທັນທີທີ່ທ່ານວາງມັນໃສ່ຜິວໜັງຂອງທ່ານ.
- ✓ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຖືມັນໄວ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງອ່ານຄ່າ (6-8 ວິນາທີ). ມັນຈະສົ່ງສຽງຮ້ອງຍາວເມື່ອການອ່ານຄ່າສໍາເລັດແລ້ວ.
- ✓ ອຸນຫະພູມຂອງທ່ານຈະສະແດງໃນໜ້າຈໍເປັນເວລາ 1 ນາທີ. ຫຼັງຈາກໜຶ່ງນາທີ, ມັນຈະປິດລົງທັນທີ.
- ✓ ຖ້າທາກທ່ານຕ້ອງການກວດການອ່ານຄ່າອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງນາທີກ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມອີກຄັ້ງ. ຖ້າທາກທ່ານລອງກ່ອນຈະສິ້ນສຸດໜຶ່ງນາທີ, ໜ້າຈໍຈະຕັ້ງຄ່າໃໝ່ພ້ອມກັບການນັບຖອຍຫຼັງ 10 ວິນາທີ.
- ✓ ນີ້ແມ່ນບາງເຄັດລັບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການອ່ານຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ:
 - ພະຍາຍາມຢ່າເໜັງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ຫຼື ເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງອ່ານຄ່າ.
 - ຢ່າວາງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃສ່ເນື້ອເຍື່ອບາດ ຫຼື ປາກບາດເປີດ.
 - ລໍຖ້າຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີຫຼັງຈາກອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຕົ້ມເຄື່ອງຕົ້ມຮ້ອນ/ເຢັນ!
 - ລໍຖ້າຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກິນຢາເຊັ່ນ: ອາເຊຕາມິໂນຟິນ, ໄອບູໂປຣຟິນ ຫຼື ຢາແກ້ປວດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານລົງ.